

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Dichlorometan cz.**  
Dichloromethane pure  
(metylenu chlorek)

	<b><u>wymagania</u></b>	<b><u>wynik badania</u></b>
Zawartość	min. 99%	zgodny
Barwa	max. 20 j. Hz	zgodny
Woda (KF)	max. 0,05%	zgodny
Wolne kwasy (j. HCl)	max. 0,001%	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,002%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: