

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Alkohol etylowy 99,8% (V/V) cz.

Ethyl alcohol 99,8% (V/V) pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99,8% (V/V)	zgodny
Barwa	max. 10 j. Hz	zgodny
Gęstość (20°C)	0,789 ÷ 0,791 g/cm ³	zgodny
Woda	max. 0,2%	zgodny
Kwasy (j. CH ₃ COOH)	max. 0,001%	zgodny
Zasady (j. NH ₃)	max. 0,0003%	zgodny
Aldehydy (j. CH ₃ CHO)	max. 0,001%	zgodny
Alkohole wyższe (j. alkohol amyłowy)	max. 0,01%	zgodny
Czas odbarwienia roztworu KMnO ₄	min. 5 min.	zgodny
Alkohol metylowy (CH ₃ OH)	max. 0,05%	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,001%	zgodny
Próba z H ₂ SO ₄	wg przepisu	zgodny
Związki karbonyłowe (j. CO)	max. 0,008%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0001%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: