

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Etanol absolutny "FO" Ethyl alcohol absolut

| | <u>wymagania</u> | <u>wynik badania</u> |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Barwa | bezbarwny | bezbarwny |
| Moc w 20°C | min. 99,8% | 99,9% |
| Czas odbarwienia KMnO ₄ | min. 10 min. | 11 min. |
| Kwasy (CH ₃ COOH) | max. 0,002% | 0,001% [®] |
| Aldehydy (j. CH ₃ CHO) | max. 0,005% | 0,002% |
| Zawartość metanolu | max. 0,005% | 0,002% |
| Alkohole wyższych fuzji | max. 0,005% | 0,001% |
| Środek odwadniający (cykloheksan) | max. 0,002% | 0,001% |
| Estry | max. 0,007% | 0,007% |
| Pozostałość po odparowaniu | max. 0,001% | 0,0009% |
| Wygląd zewnętrzny | ciecz klarowna bez osadu | |

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: