

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Glinu chlorek 6hydrat

Gatunek: cz.d.a.

Nr kat. 114535203

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość	min. 99,0%	99,6%
pH (5%, H ₂ O, 25°C)	2,5 – 3,5	2,8
Siarczany (SO ₄)	max. 0,005%	0,001%
Ca (Wapń)	max. 0,01%	0,006%
Fe (Żelazo)	max. 0,005%	0,0009%
K (Potas)	max. 0,01%	0,01%
Na (Sód)	max. 0,05%	0,04%
Pb (Ołów)	max. 0,005%	0,002%

Partia:

CHEMPUR[®]