

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Glukoza bezwodna cz. Glucose anhydrous pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,01%	zgodny
Straty po suszeniu (105±5°C)	max. 0,5%	zgodny
Kwasy (j. CH ₃ COOH)	max. 0,05%	zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	max. 0,05%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,01%	zgodny
Siarczany i siarczyny (SO ₄)	max. 0,01%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,0004%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,001%	zgodny
Ołów (Pb)	max. 0,001%	zgodny
Skręcalność właściwa (20°C, 10%, H ₂ O)	+52,5 - +53,3°	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: