

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Glikol propylenowy cz.** Propylene glycol pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99,5%	zgodny
Barwa	max. 10 j. Hz	zgodny
Gęstość (20°C)	1,035 ÷ 1,040 g/cm <sup>3</sup>	zgodny
Woda	max. 0,2%	zgodny
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	zgodny
Pozostałość po prażeniu	max. 0,005%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,0001%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna, oleista ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: