

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Glutarowy aldehyd roztwór 25% Glutaraldehyde solution 25%

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	24 -26%	zgodny
Barwa	max. 50 j. Hz	zgodny
pH roztworu	3,2 - 4,2	zgodny
Metanol	max. 0,3%	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: