

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91  
• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **n-Heksan 99% cz.d.a.**

n-Hexane 99% pure p.a.

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99%	99,1%
Woda (KF)	max. 0,01%	0,006%
Wolne kwasy (j. CH <sub>3</sub> COOH)	max. 0,002%	0,001%
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,001%	0,0004%
Substancje ciemniejące pod wpływem H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	max. 10 j. Hz	3 j.Hz
Tiofen (C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> S)	wg przepisu	zgodny
Związki aromatyczne (j. benzen)	max. 0,01%	0,001%
Bar (Ba)	max. 0,00001%	0,000007%
Chrom (Cr)	max. 0,000002%	0,0000004%
Cyna (Sn)	max. 0,00001%	0,000006%
Cynk (Zn)	max. 0,00001%	0,000002%
Glin (Al)	max. 0,00005%	0,00002%
Kadm (Cd)	max. 0,000005%	0,000001%
Kobalt (Co)	max. 0,000002%	0,000001%
Magnez (Mg)	max. 0,00001%	0,000007%
Mangan (Mn)	max. 0,000002%	0,000001%
Miedź (Cu)	max. 0,000002%	0,000001%
Nikiel (Ni)	max. 0,000002%	0,0000007%
Ołów (Pb)	max. 0,00001%	0,000003%
Wapń (Ca)	max. 0,00005%	0,00002%
Żelazo (Fe)	max. 0,00001%	0,000009%
Barwa	max. 10 j. Hz	4 j.Hz

Odbiorca:

Seria:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: