

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas azotowy roztwór 3% cz. Nitric acid solution 3% pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	3 ± 0,1%	zgodny
Gęstość (20°C)	ok. 1,0146 g/cm ³	
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0003%	zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	max. 0,005%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,0003%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,001%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,000003%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,0005%	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: