

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Manganu (II) octan 4•hydrat cz.
Manganese (II) acetate tetrahydrate pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 98%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,001%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,004%	zgodny
Wapń (Ca)	max. 0,001%	zgodny
Kadm (Cd)	max. 0,001%	zgodny
Kobalt (Co)	max. 0,001%	zgodny
Miedź (Cu)	max. 0,001%	zgodny
Potas (K)	max. 0,002%	zgodny
Sód (Na)	max. 0,002%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,001%	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: