

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Oranż metylowy

Methyl orange

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Rozpuszczalność w wodzie	wg przepisu	zgodny
Czułość na zmiany pH	wg przepisu	zgodny
<u>Molowy współczynnik absorpcji:</u>		
E (pH 3,0; $\lambda = 480 - 520$ nm)	min. 36000	36800
E (pH 4,4; $\lambda = 440 - 480$ nm)	min. 24000	25100
Straty suszenia	max. 3%	1,35%
Jednorodność chromatograficzna	wg przepisu	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: