

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Wskaźnik Tashiro Indicator acc. Tashiro

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Gęstość (20°C)		ok. 0,81 g/cm ³
<u>Zmiana barwy w zakresie pH:</u>		
czerwonofioletowa	min. 4,4	zgodny
zielona	min. 5,8	zgodny
Wygląd zewnętrzny		ciemnozielona, klarowna ciecz

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: