

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Oranż metylowy (0,5% H<sub>2</sub>O)** Methyl orange (0,5% H<sub>2</sub>O)

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
<b><u>Zmiana barwy:</u></b>		
Czerwona	min. 3,2	zgodny
Żółta	min. 4,4	zgodny
Wygląd zewnętrzny	pomarańczowa ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: