

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Potasu azotan cz. Potassium nitrate pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (w preparacie wysuszonym)	min. 98,5%	zgodny
Woda	max. 0,5%	zgodny
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,005%	zgodny
Azotyny (NO ₂)	max. 0,001%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,002%	zgodny
Fosforany (PO ₄)	max. 0,001%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,02%	zgodny
Związki amonowe (NH ₄)	max. 0,005%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0005%	zgodny
Magnez (Mg)	max. 0,002%	zgodny
Sód (Na)	max. 0,03%	zgodny
Wapń (Ca)	max. 0,002%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,001%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	biały drobnokrystaliczny proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: