

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Potasu heksahydroksoantymonian(V) cz. Potassium hexahydroxoantimonate(V) pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
pH	7,5 - 11	zgodny
Sód (Na)	max. 0,3%	zgodny
Ołów (Pb)	max. 0,01%	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 2 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: