

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

n-Pentan do chromatografii gazowej (GC) n-Pentane for gas chromatography (GC)

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99%	99,2%
Gęstość (20°C)		ok. 0,63 g/cm ³
Granica wrzenia (95%)	35,0 ÷ 36,0°C	35,8°C
Współczynnik załam. światła	1,357 - 1,359	1,358
Woda (KF)	max. 0,01%	0,008%
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0002%
Barwa	max. 10 j. Hz	2 j. Hz
Wielkość pików na detektorze FID (w przeliczeniu na n-undekan - n-tetrakontan)	max. 2 ng/ml	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 2 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: