

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

2-propanol roztwór 70%

2-propanol solution 70%

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	65 - 75%	zgodny
Gęstość (20°C)	0,85 - 0,873 g/ml	zgodny
Woda	25 ÷ 35%	zgodny
Zawartość metanolu w odniesieniu do propanolu-2	max. 0,05%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Produkt spełnia wymagania płynu antybakteryjnego

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: