

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

2-Propanol do GC do analizy pozostałości pestycydów

Acetone GC for pesticide residue analysis

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (GC)	min. 99,8%	99,85%
Woda (KF)	max. 0,2%	0,095%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0003 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0001%

Interferencje pików spowodowane zanieczyszczeniami (ozn. GC) nie są większe niż te, które powoduje 5 ng/l lindanu z lindanu w DDT (z użyciem ECD) lub 10 ng/l etyloparation z etyloparationu w kumafosie (z użyciem PND)

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: