

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Sodu siarczan bezw. cz.d.a. Sodium sulfate anhydrous pure p.a

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99,0%	99,8%
Straty prażenia	max. 0,5%	0,25%
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,01%	0,007%
pH 5% r-ru	5,2 – 7,5	7,2
Chlorki (Cl)	max. 0,002%	0,001%
Azot ogólny (N)	max. 0,0005%	0,0002%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0005%	0,0001%
Żelazo (Fe)	max. 0,0005%	0,0004%
Wapń (Ca)	max. 0,005%	0,002%
Arsen (As)	max. 0,0001%	0,00001%
Fosforany (PO ₄)	max. 0,005%	0,002%
Magnez (Mg)	max. 0,001%	0,0006%
Potas (K)	max. 0,005%	0,0025%
Wygląd zewnętrzny	biały, higroskopijny proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: