

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

di-Sodu wodorofosforan 2•hydrat cz. di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 98%	zgodny
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,01%	zgodny
pH (5%, H ₂ O)	max. 8,7 ÷ 9,3	zgodny
Straty po suszeniu (130°C)	19,5% - 21%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,002%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,02%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,002%	zgodny
Cynk (Zn)	max. 0,002%	zgodny
Miedź (Cu)	max. 0,002%	zgodny
Potas (K)	max. 0,01%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,002%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	biały kryształ lub krystaliczny proszek	

Odbiorca:

Seria:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: