

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **di-Sodu wodorofosforan bezwodny cz.** di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 98%	zgodny
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,02%	zgodny
Straty suszenia (105°C)	max. 0,4%	zgodny
pH (5%)	8,9 – 9,3	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,004%	zgodny
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,02%	zgodny
Azot całkowity (N)	max. 0,004%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,002%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,004%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,0004%	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: