

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a  
NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Sodu azotyn cz.**

Sodium nitrite pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 96%	zgodny
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,01%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,02%	zgodny
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,03%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,001%	zgodny
Potas (K)	max. 0,01%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,002%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	lekko żółtawe, higroskopijne kryształy	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: