

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

di-sodu winian 2•hydrat cz. di-sodium tartrate dihydrate pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 98%	zgodny
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,01%	zgodny
pH (5%, H ₂ O)	7-8,5	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,002%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,02%	zgodny
Fosforany (PO ₄)	max. 0,005%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,002%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,002%	zgodny
Wapń (Ca)	max. 0,01%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwny, przezroczysty kryształ	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: