

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**p - Toluidyna cz.**  
p - Toluidine pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (GC)	min. 98,0%	zgodny
Temperatura topnienia	41 – 46°C	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: