

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Tetrahydrofuran cz. Tetrahydrofuran pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 98,5%	zgodny
Gęstość (20°C)	0,887 ÷ 0,900 g/cm ³	zgodny
Woda	max. 0,1%	zgodny
Aldehydy	max. 0,05%	zgodny
Nadtlenki (H ₂ O ₂)	max. 0,04%	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,008%	zgodny
Kwasy (CH ₃ COOH)	max. 0,005%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: