

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Wapnia węglan cz. zgodny z FPVI** Calcium carbonate precipitad pure, FPVI Reagent

	<b><u>wymagania</u></b>	<b><u>wynik badania</u></b>
Zawartość	min. 98,5% -100,5%	99,3%
Chlorki (Cl)	max. 0,025%	0,0007%
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,25%	0,02%
Magnez i metale alkaliczne	max. 1,00%	0,8%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,001%	0,0001%
Arsen (As)	max. 0,0005%	0,00009%
Związki baru	wg przepisu	zgodny
Związki glinu, żelaza i fosforany	wg przepisu	zgodny
Strata po suszeniu	max. 2,00%	1,4%

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: