

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Wapnia wodorofosforan 2•hydrat cz. Calcium hydrogen phosphate dihydrate pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Tożsamość	wg przepisu	zgodny
Zawartość	98,0÷102,0%	zgodny
Substancje nierozpuszczalne w HCl	max. 0,01%	zgodny
Straty po prażeniu	24,5÷26,5%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,02%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,05%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,002%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,0005%	zgodny
Bar (Ba)	max. 0,01%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,005%	zgodny
Diwodorofosforan wapnia i fosforan tri-wapnia	wg przepisu	zgodny
Wygląd zewnętrzny	biały proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: