FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Żelaza(II) siarczan 7•hydrat
Gatunek: cz.d.a.
Nr kat. 119028407

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 18miesięcy od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	zielononiebieskie kryształy	
Zawartość	99,5% ÷104,5%	99,9%
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,01%	0,0008%
pH (5%, 20°C)	2,0-4,0	3,8
Azot ogólny (N)	max. 0,001%	0,0005%
Chlorki (Cl)	max. 0,001%	0,0008%
Fosforany (PO_4)	max. 0,001%	0,0004%
As (Arsen)	max. 0,0002%	0,0002%
Ca (Wapń)	max. 0,01%	0,005%
Cu (Miedź)	max. 0,0025%	0,0009%
Fe(III) (Żelazo)	max. 0,025%	0,005%
K (Potas)	max. 0,005%	0,004%
Mg (Magnez)	max. 0,005%	0,002%
Mn (Mangan)	max. 0,05%	0,030%
Na (Sód)	max. 0,01%	0,006%
Pb (Ołów)	max. 0,005%	0,005%
Zn (Cynk)	max. 0,005%	0,001%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczątki i podpisu.