

FIRMA




41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Magnezu siarczan 0,01 mol/dm³ - odważka analityczna
Analytical weighed amount magnesium sulfate 0,01 mol/dm³

Stężenie roztworu magnezu siarczanu, po rozcieńczeniu do 1000 ml,
w 20°C mieści się w granicach normy (0,00998 - 0,01002 mol/dm³)



MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 24 miesiące od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur