


## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Sodu tiosiarczan 0,05 mol/dm<sup>3</sup> - odważka analityczna**  
Analytical weighed amount sodium thiosulfate 0,05 mol/dm<sup>3</sup>

Stężenie roztworu sodu tiosiarczanu, po rozcieńczeniu do 1000 ml,  
w 20°C mieści się w granicach normy (0,0499 - 0,0501 mol/dm<sup>3</sup>)



**MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C**

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 24 miesiące od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur