

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Roztwór buforowy pH 10** *(bufor amonowy)* Ammonia buffer solution pH 10

pH	10,006
Dokładność	± 0,05
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz

**POMIAR WYKONANO W TEMPERATURZE 20°C**

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: