FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

# ŚWIADECTWO JAKOŚCI

## Roztwór buforowy pH 11

Buffer solution pH 11

| | |
|---|---|
| pH | 11,010 |
| Dokładność | ± 0,05 |
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz |

**POMIAR WYKONANO W TEMPERATURZE 20$^{O}$C**

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: