

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Roztwór buforowy pH 4,6

(bufor octanowy)

Buffer solution pH 4,6

pH

Dokładność

Wygląd zewnętrzny

4,603

± 0,02

bezbarwna, klarowna ciecz

POMIAR WYKONANO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: