

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Roztwór buforowy pH 4

Buffer solution pH 4

pH 4,01

Dokładność ± 0,05

Wygląd zewnętrzny ciecz klarowna, przezroczysta, bezbarwna



POMIAR WYKONANO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: