

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Roztwór buforowy do uwalniania-koncentrat pH 6,8 cytrynianowy Buffer solution pH 6,8 for release

W rozcieńczonym w stosunku 1:25 koncentracji:

pH	6,808
Dokładność	± 0,05
Wygląd zewnętrzny	ciecz klarowna, bezbarwna

POMIAR WYKONANO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: