

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Roztwór buforowy pH 7 Buffer solution pH 7

pH	7,01
Dokładność	± 0,05
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz

POMIAR WYKONANO W TEMPERATURZE 20°C

Odbioca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: