

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Roztwór buforowy pH 9,6 Buffer solution pH 9,6

pH	9,604
Dokładność	± 0,02
Wygląd zewnętrzny	ciecz klarowna, bezbarwna



POMIAR WYKONANO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: