FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Amonu żelaza(II) siarczan(VI) roztwór mianowany 0,01 mol/dm³ (0,01N)
(Sól Mohr'a)
Ammonium iron(II) sulfate(VI) standard solution 0,01 mol/dm³ (0,01N)

Miano roztworu amonu żelaza(II) siarczanu(VI) wynosi 0,00998 mol/dm³
i mieści się w granicach normy (0,00996 - 0,01004 mol/dm³)

CHEMPUR®

MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20ºC

Odbiorca:
Seria:
Data produkcji:
Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii
Data wystawienia:
Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Partia: