

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl


ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Amonu żelaza(II) siarczan(VI) roztwór mianowany 0,05 mol/dm³
(Sól Mohr'a)

Ammonium iron(II) sulfate(VI) standard solution 0,05 mol/dm³

Miano roztworu amonu żelaza(II) siarczanu(VI) wynosi 0,0499 mol/dm³

i mieści się w granicach normy (0,0498 - 0,0502 mol/dm³) ®



MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: