


ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Amonu żelaza(II) siarczan(VI) roztwór mianowany 0,125 mol/dm³
(Sól Mohr'a)**

Ammonium iron(II) sulfate(VI) standard solution 0,125 mol/dm³

Miano roztworu amonu żelaza(II) siarczanu(VI) wynosi 0,1249 mol/dm³
i mieści się w granicach normy (0,1245 - 0,1255 mol/dm³) 

MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: