

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl


chempur@chempur.pl

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Cynku chlorek roztwór mianowany 0,05 mol/dm³

Zinc chloride standard solution 0,05 mol/dm³

Miano roztworu cynku chlorku wynosi 0,0499 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,0498 - 0,0502 mol/dm³)



MIANO ROTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: