

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas siarkowy roztwór mianowany 0,01 mol/dm³

Sulfuric acid standard solution 0,01 mol/dm³

Miano roztworu kwasu siarkowego wynosi 0,01002 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,00996 - 0,01004 mol/dm³)

MIANO ROTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: