

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Kwas siarkowy roztwór mianowany 0,05 mol/dm<sup>3</sup>**

Sulfuric acid standard solution 0,05 mol/dm<sup>3</sup>

Miano roztworu kwasu siarkowego wynosi 0,04996 mol/dm<sup>3</sup> i mieści się  
w granicach normy (0,0498 - 0,0502 mol/dm<sup>3</sup>)

**MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C**

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: