

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Kwas siarkowy roztwór mianowany 0,4 mol/dm<sup>3</sup>** Sulfuric acid standard solution 0,4 mol/dm<sup>3</sup>

Miano roztworu kwasu siarkowego wynosi 0,4012 mol/dm<sup>3</sup> i mieści się  
w granicach normy (0,3984 - 0,4016 mol/dm<sup>3</sup>)



Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: