

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas siarkowy roztwór mianowany 4 mol/dm³
Sulfuric acid standard solution 4 mol/dm³

Miano roztworu kwasu siarkowego wynosi 4,012 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (3,984 - 4,016 mol/dm³)



Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: