


ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas solny w etanolu roztwór mianowany 0,1 mol/dm³ (0,1N) Hydrochloric acid standard solution in ethyl alcohol 0,1 mol/dm³ (0,1N)

Miano roztworu kwasu solnego w etanolu wynosi 0,0998 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,0996 - 0,1004 mol/dm³)



MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: