

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas solny roztwór mianowany 0,2 mol/dm³ (0,2N)
Hydrochloric acid standard solution 0,2 mol/dm³ (0,2N)

Miano roztworu kwasu solnego wynosi 0,2002 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,1992 - 0,2008 mol/dm³)

MIANO ROTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: