

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas solny roztwór mianowany 2 mol/dm³ (2N) Hydrochloric acid standard solution 2 mol/dm³ (2N)

Miano roztworu kwasu solnego wynosi 2,004 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (1,992 - 2,008 mol/dm³)

MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: