


ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas szczawiowy roztwór mianowany 0,00625 mol/dm³
Oxalic acid standard solution 0,00625 mol/dm³

Miano roztworu kwasu szczawiowego wynosi 0,006248 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,006225 - 0,006275 mol/dm³)



MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: