

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Miedzi(II) siarczan(VI) roztwór mianowany 0,01 mol/dm<sup>3</sup>**  
Copper(II) sulfate(VI) standard solution 0,01 mol/dm<sup>3</sup>

Miano roztworu miedzi siarczanu wynosi 0,00998 mol/dm<sup>3</sup> i mieści się  
w granicach normy (0,00996 - 0,01004 mol/dm<sup>3</sup>)

**MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C**

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: